

別紙

令和7年度遺伝子定量装置（LightCycler96）保守点検業務の実施内容

1 対象機種

遺伝子定量装置（LightCycler96）

- ① シリアル番号：15678（初回設置後 6-10 年以内、継続して保守に加入）
- ② シリアル番号：16839（初回設置後 5 年以内、保守契約に途中加入）
- ③ シリアル番号：17234（初回設置後 5 年以内、保守契約に途中加入）

2 保守点検業務の内容

- (1) 機器に不具合が発生した場合、適切なメンテナンス・修理作業を実施。
- (2) 委託期間中に点検を 1 回実施。
- (3) 保守点検にかかる技術作業料及び少額交換部品代は委託料に含む。ただし、発注者の負担となる部品交換等がある場合は、事前に発注者の承認をうけること。

3 点検項目

- (1) 機器本体外観確認
- (2) 機器本体内部分解清掃及び調整
- (3) エアーフィルター交換
- (4) タッチスクリーン清掃・点検・機能確認
- (5) イニシャライゼーション機能確認
- (6) トレイ及びヒートカバー清掃・点検・機能確認
- (7) 光学ユニット機能確認
- (8) Block cycler 清掃・点検・機能確認
- (9) USB ポート動作確認
- (10) テストランの実施