

質問に対する回答書

件名	蓄積リングクライストロン更新業務	
質問 No.	質問	回答
1	4.(4)②現地調整試験 ・クライストロン交換・据付調整後に大電力試験を実施する場合、主体はお客様、弊社は立ち会いで想定しておりますが、その所掌で宜しいでしょうか。	仕様書にて規定した現地試験は受託者様にてご実施下さい。 遠隔操作に必要なPC操作は県がサポートいたします。