

仕様書等に対する質問書について（回答）

乳がん検診車の調達に係る一般競争入札（令和 7 年 10 月 5 日付け公示）について、質問書の受付けを締め切りました。質問及びその回答は次のとおりです。

問 1 車体の規格

仕様書内「2 本車体は大型トラック車両とし、フロントエンジン（最高出力 240ps 以上）、エアサスペンション、パワーステアリング、フェリー機構に架装する。」

上記項目で想定している大型トラック車両とは以下の 2 車種相当と考えてよいか。

- ・ いすゞ自動車株式会社 車種フォワード（エアサスカット機構）
- ・ 日野自動車株式会社 車種レンジャー（フェリー機構）

（答）仕様書に定める要件を満たしたものであれば、問題ありません。

問 2 冷房装置

「走行用エアコンとして車両純正エアコン及びダッシュクーラーを、運転席、撮影室、待合室に設ける」との記載がありますが、メーカー毎の装置・恒温器の性能によって、装置管理に必要となる空調設備が異なってくる。「走行用エアコンとして車両純正エアコン及びダッシュクーラーを運転席に、装置管理の必要に応じて撮影室、待合室にも設ける」との記載に変更をしていただきたい。

（答）御意見のとおり、仕様書を変更します。

問 3 X線撮影装置

乳腺量計測機能ワークステーションについて、本システムの読影の効率化をサポートするという目的から鑑み、「公益財団法人佐賀県健康づくり財団の既設検診車用マンモグラフィ装置とも連携し、既設装置での受診患者と診療差のないシステムを構築すること」という文言の追加をしていただきたい。

（答）今般の入札は、新たな乳がん検診車を製作することを目的としたものであり、既設検診車への機能追加は行いません。