

別紙

令和7年度安全キャビネット及びクリーンベンチ点検業務委託実施内容

1 安全キャビネット点検業務委託項目

(1) 安全キャビネット1 (3階 北高度安全実験室 SCV-1308ECⅡB2)

- ① 本体内部ホルマリン燻蒸滅菌作業 1式
- ② 排気HEPAフィルタの交換 (交換部品の処分を含む)
交換部品 ・排気用HEPAフィルタ 1ヶ
- ③ 性能検査 1式
検査項目 ・風速、風量試験
・HEPAフィルタ性能試験
・清浄度試験
・運転点検
- ④ 点検報告書の作成 1式

(2) 安全キャビネット2 (3階 腸内細菌検査室 MHE-S1300A2)

- ① 本体内部ホルマリン燻蒸滅菌作業 1式
- ② 排気及び循環用HEPAフィルタの交換 (交換部品の処分を含む)
交換部品 ・排気用HEPAフィルタ 1ヶ
・循環用HEPAフィルタ 2ヶ
- ③ 性能検査 1式
検査項目 ・風速、風量試験
・HEPAフィルタ性能試験
・清浄度試験
・運転点検
- ④ 点検報告書の作成 1式

(3) 安全キャビネット3 (3階 HIV検査室 SCV-1304ECⅡBS)

- ① 本体内部ホルマリン燻蒸滅菌作業 1式
- ② 排気及び循環用HEPAフィルタの交換 (交換部品の処分を含む)
交換部品 ・排気用HEPAフィルタ 1ヶ
・循環用HEPAフィルタ 2ヶ
- ③ 排気ファン用Vベルト(天井裏設置)の交換(交換部品の処分を含む)
交換部品 ・排気ファン用Vベルト 1ヶ
- ④ 性能検査 1式
検査項目 ・風速、風量試験
・HEPAフィルタ性能試験

- ・清浄度試験
- ・運転点検
- ⑤ 点検報告書の作成 1 式

(4) 安全キャビネット4 (3 階 原虫・血清検査室 BHC-1310ⅡA2)

- ① 本体内部ホルマリン燻蒸滅菌作業 1 式
- ② 排気及び給気用 HEPA フィルタの交換 (交換部品の処分を含む)
 - 交換部品 ・排気用 HEPA フィルタ 1 ケ
 - ・給気用 HEPA フィルタ 1 ケ
- ③ 性能検査 1 式
 - 検査項目 ・風速、風量試験
 - ・HEPA フィルタ性能試験
 - ・清浄度試験
 - ・運転点検
- ④ 点検報告書の作成 1 式

(5) 安全キャビネット5 (3 階 遺伝子抽出室 BHC-1310ⅡA2)

- ① 本体内部ホルマリン燻蒸滅菌作業 1 式
- ② 排気及び給気用 HEPA フィルタの交換 (交換部品の処分を含む)
 - 交換部品 ・排気用 HEPA フィルタ 1 ケ
 - ・給気用 HEPA フィルタ 1 ケ
- ③ 性能検査 1 式
 - 検査項目 ・風速、風量試験
 - ・HEPA フィルタ性能試験
 - ・清浄度試験
 - ・運転点検
- ④ 点検報告書の作成 1 式

2 クリーンベンチ点検業務委託項目

(1) クリーンベンチ1 (2 階 培地調製室 MCV-B131S)

- ① 排気及び循環用 HEPA フィルタの交換 (交換部品の処分を含む)
 - 交換部品 ・排気用 HEPA フィルタ 1 ケ
 - ・循環用 HEPA フィルタ 1 ケ
- ② 性能検査 1 式
 - 検査項目 ・風速試験
 - ・HEPA フィルタ性能試験

- ・清浄度試験
- ・運転点検

③ 点検報告書の作成 1 式

(2) クリーンベンチ 2 (3 階 遺伝子検査室 MCV-91BNS)

① 給気用 HEPA フィルタの交換 (交換部品の処分を含む)

交換部品 ・ 給気用 HEPA フィルタ 1 ケ

② 性能検査 1 式

検査項目 ・ 風速試験
・ HEPA フィルタ性能試験
・ 清浄度試験
・ 運転点検

③ 点検報告書の作成 1 式

(3) クリーンベンチ 3 (3 階 ウイルス無菌室 2 S-1601WRV)

① 循環用 HEPA フィルタの交換 (交換部品の処分を含む)

交換部品 ・ 循環用 HEPA フィルタ 2 ケ

② 性能検査 1 台

検査項目 ・ 風速試験
・ HEPA フィルタ性能試験
・ 清浄度試験
・ 運転試験

③ 点検報告書の作成 1 式