

## 公 告

次のとおり条件付一般競争入札を行います。

令和6年7月19日

収支等命令者

佐賀県出納局総務事務センター長 中川 俊二

## 1 競争入札に付する事項

- |           |                |
|-----------|----------------|
| (1) 品名    | 濃縮装置及び冷却水循環装置  |
| (2) 入札条件等 | 入札条件書による       |
| (3) 納入期限  | 令和7年1月24日(金曜日) |
| (4) 納入場所  | 佐賀県 衛生薬業センター   |

## 2 入札に参加するために必要な資格

- (1) 物品の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程(昭和41年佐賀県告示第129号)第1条の規定に基づく入札参加資格を、入札書の提出時点で有すること。
- (2) 県内企業(県内に本店を有する。県内に支店等を有し、かつ県内従業員比率が50%以上又は県内従業員数50人以上。又は誘致企業。国等による障害者就労施設等からの物品等の調達等の推進等に関する法律第2条第4項に規定する「障害者就労施設等」(県内に所在する者に限る))であること。
- (3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
- (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
- (5) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。
- (6) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。
- (7) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。
  - ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
  - イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
  - ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  - エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
  - オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
  - カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
  - キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
- (8) 入札参加届を提出した者

(1) の資格のない者で競争入札への参加を希望する者は、佐賀県所定の「入札参加資格認定申請書」様式に必要な事項を記入のうえ令和6年7月23日(火曜日)14時までに直接持参して提出すること。

① 入札参加資格認定審査を担当する部局の名称及び申請書の提出場所

郵便番号 840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号  
佐賀県出納局総務事務センター用度・車両担当  
電話 0952-25-7194

② 申請書様式の入手先

総務事務センター用度・車両担当 又は  
佐賀県ホームページ([https://www.pref.saga.lg.jp/ki\\_ji00326503/index.html](https://www.pref.saga.lg.jp/ki_ji00326503/index.html))

3 入札者に求められる義務

入札に参加しようとする者は、別添「入札参加届」及び「営業概要書」を令和6年7月30日(火曜日)14時までに総務事務センター用度・車両担当に持参又は郵送(同日時必着)してください。

なお、「入札参加届」等を提出した後、入札に参加しないこととした場合は、理由を記入した入札辞退届を書面で提出してください。

4 入札日時及び入札場所等

- (1) 日 時 令和6年8月2日(金曜日)13時30分
- (2) 場 所 佐賀県佐賀市城内一丁目5番14号  
旧佐賀県自治会館 6号会議室
- (3) 入札方法 入札者の直接持参による入札
- (4) そ の 他 入札書に関する事項は「入札条件書」に記載

5 その他

(1) 入札保証金及び契約保証金

ア 入札保証金 佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除する。

イ 契約保証金 佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除する。

(2) 入札の無効 次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。

ア 参加する資格のない者

イ 当該入札について不正行為を行った者

ウ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを出した者

エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者

オ 入札書の金額を訂正したものを提出した者

カ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明確であるものを提出した者

キ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)の規定により取り消すことが認められるものを提出した者

ク 1人で2以上の入札をした者

ケ 代理人でその資格のない者

コ 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者

(3) 入札の中止又は延期

次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止又は延期します。この場合の損害は入札参加者の負担とします。

ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。

イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。

(4) 契約書作成の要否 要

(5) 落札者の決定方法

ア 入札金額が予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とし、直ちに入札参加資格の確認を行い、入札参加資格を有している場合に落札者とする。

イ 落札候補者が入札参加資格を有していない場合には、新たに次の順位の者を落札候補者として入札参加資格の確認を行い、落札者の決定まで同様に繰り返すこととする。

ウ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。

この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。

エ 第1回目の開札の結果、落札者がいないときは直ちに再度入札（第1回目を含め2回を限度）を行う。

(6) 詳細は、「入札条件書」による。

(7) 「入札までの手続きの流れ」を添付していますので参考にしてください。

(8) 契約条項を示す場所及び問い合わせ先

郵便番号 840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号

佐賀県出納局総務事務センター用度・車両担当

電話 0952-25-7194 E-mail:soumujimu@pref.saga.lg.jp

(9) 代金の支払方法

適正な請求書を受理してから30日以内。



## 仕様書

## 1 品名及び数量

## ・濃縮装置 2式

- (1式 内訳) ①ロータリーエバポレーター 1台  
 ②真空ポンプ 1個  
 ③インターフェース 1個  
 ④蒸気温度センサー 1個  
 ⑤フォームセンサー 1個  
 ⑥溶媒回収コンデンサーセット (冷却コンデンサー、樹脂カバー、クリップ、丸底受けフラスコ) 1個

## ・冷却水循環装置 1式

- (1式 内訳) ⑦冷却水循環装置 1台  
 ⑧L型ノズル (φ7.5mm及び10.5mm) 各2個

## 2 使用目的：衛生薬業センターでの理化学検査における溶媒濃縮等に用いる。

## 3 規格

(濃縮装置)

	条件
1	濃縮装置2式を並列で置いて横幅1500mm×奥行800mmに収まること。
2	装置の電源は100Vであること。
3	濃縮フラスコ回転速度が10~280rpmまで制御可能であること。
4	濃縮フラスコの昇降リフトは電動リフトであること。
5	ウォーターバスは5Lのサイズであること。また、80℃まで加温可能であること。
6	濃縮装置本体付属の溶媒受けフラスコはプラスチックコーティングガラスであること。
7	溶媒回収のための冷却管などの一式を備えていること。真空シールはテフロン等、溶媒の腐食の少ない材質であること。
8	真空ポンプはPTFEダイアフラムで、インターフェース (圧力コントローラー) により制御できること。また、到達真空度は7hPaまで可能であること。
9	インターフェース (圧力コントローラー) はデジタル表示であること。
10	蒸気温度センサーを有し、インターフェース (圧力コントローラー) で蒸気温度が確認可能であること。
11	蒸留中にサンプルが発泡したら、自動検知して泡を消失するフォームセンサー (自動発泡消失機能用センサー) があること。

(冷却水循環装置)

	条件
12	温度設定範囲は 0℃～10℃が可能であること。
13	水槽内の温度の表示はデジタル表示であること。
14	2 台の濃縮装置の冷却水供給が可能であること。
15	冷媒は代替フロンを使用していること。
16	濃縮装置に取り付ける L 型ノズル (φ7.5mm 及び 10.5mm) を付属していること。

#### 4 参考品

・濃縮装置 ビュッヒ製

- ①ロータリーエバポレーターR-300E V型、5Lバス、P+G 11R300251V102
- ②真空ポンプ V-300 11V300000
- ③インターフェース I-300Pro、VacuBox、ウルフびん付 11I300P20
- ④蒸気温度センサー 11060707
- ⑤フォームセンサー 11061167
- ⑥二次コンデンサーセット(V-300用) 11059900

・冷却水循環装置 柴田科学株式会社製

- ⑦、⑧低温循環水槽 C-332 051140-332

#### 5 納入場所

佐賀県佐賀市八丁畷町 1-20

衛生合同庁舎 4階 衛生薬業センター 食品添加物試験室

#### 6 納入期限 令和7年1月24日

#### 7 その他

- (1) 本製品の納品、設置場所は衛生薬業センター理化学課の課員の指示に従い適切に行うこと。
- (2) 本製品の輸送は、最良な状態で行われること。
- (3) 本製品の設置に必要な運搬、据付(組立)調整費を含むこと。
- (4) 仕様書に記載されていない事項又は仕様について疑義が生じた場合は、その都度担当課員と協議し、承認を受けた後に納入すること。
- (5) 納品の際に機器の使用方法等について取扱い説明を行うこと。
- (6) 保証期間は検収後1年間とする。この期間に正常な管理の下に発生した故障、破損、性能低下等については、受注者の責任において無償で速やかに修理等の必要な対策を講じるものとする。

## 入札参加届

令和 年 月 日

収支等命令者 様

所在地  
商号又は名称  
代表者氏名  
事務担当者氏名及び  
連絡先電話番号  
入札参加資格者名簿登録番号（物品）

濃縮装置及び冷却水循環装置の物品調達に関する条件付一般競争入札（令和6年7月19日公告）について、下記書類を添えて申請します。

なお、申請書及び添付書類の記載事項については事実と相違ありません。

## 記

- 1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
- 2 会社更生法（平成14年法律第154号）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
- 3 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。
- 4 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。

## &lt;誓約事項&gt;

下記の事項について誓約します。

また、県が必要な場合には、佐賀県警察本部に照会することについて承諾します。

- 1 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。
  - ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）
  - イ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
  - ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  - エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
  - オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
  - カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
  - キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

## &lt;提出資料&gt;

営業概要書（様式第4号）

## 営 業 概 要 書

商号又は名称 ( 企 業 名 )			
所 在 地			
代 表 者 氏 名			
支社・事業所名	所 在 地	従業員数	電 話 番 号
			(    )    -
			(    )    -
			(    )    -
			(    )    -
			(    )    -
			(    )    -
			(    )    -
従業員数 (会社全体)	事 務	営 業	技 術

## 委任状

佐賀県収支等命令者 様

今般都合により、次の者を代理人と定め、下記の入札に関し  
一切の権限を委任します。

令和 年 月 日

委任者	所在地	
	商号又は名称	
	氏名（自署）	法人にあっては代表者役職及び氏名
	※上記氏名が自署でない場合 入札責任者 役職 氏名（自署） (法人の場合、委任者の氏名を印字もしくはゴム印等で記名し自署でない場合は、入札責任者がこの欄にご自身の役職及び氏名を自署)	
代理人氏名		

## 記

入札年月日

令和6年 8月 2日

品名	濃縮装置及び冷却水循環装置
----	---------------

# 入 札 書

佐賀県収支等命令者 様

佐賀県財務規則の規定に基づき、下記のとおり入札します。

なお、契約の金額は下記入札金額の金額に 100 分の 110 を乗じて得た金額とします。

入札金額	¥
納入期限	令和 7年 1月 24日

物 品 内 訳			
規格：入札条件書・仕様書のとおり			
品名	数量	単価（税抜き）	応札物品 ※「参考品」・「応札物品承認済構成成品」のどちらかに○をつけること ※「応札物品承認済構成成品」で応札する場合は、メーカー、型番（品番）を記載すること
	金額（数量×単価）		
濃縮装置	2式	円	・参考品
		円	・応札物品承認済構成成品 ○メーカー・型番（品番）
冷却水循環装置	1式	円	・参考品
		円	・応札物品承認済構成成品 ○メーカー・型番（品番）

※物品内訳の金額の合計は入札金額と一致すること。

令和 年 月 日

所 在 地

商号又は名称

代表者氏名（自署）

※法人にあっては代表者役職及び氏名

代理人氏名（自署）

※代表者が入札する時は、代表者氏名を自署してください。

代理人が入札する時は、代表者氏名を記入し、代理人氏名を自署してください。

## 応札物品承認申請書

佐賀県収支等命令者 様

下記物品について、応札物品として承認を受けたいので申請します。

記

品名	濃縮装置及び冷却水循環装置
----	---------------

○応札物品明細（仕様書を満たす全ての構成品を記載）

物品名	メーカー名	型番（品番）	数量	備考

申請日 令和 年 月 日

住所

申請者 商号又は名称

代表者氏名

第 号

上記申請について、審査の結果 承認・不承認 とします。

※不承認の場合、その理由：

承認日 令和 年 月 日

承認者 所属長名

