

仕 様 書

1 品 名 ・ 数 量	オーディオメータ 1台
2 検 査 機 能	①標準純音聴力検査 ②気導純音聴力検査 ③語音聴力検査 ④音場閾値検査 ⑤音場語音聴力検査
3 検 査 機 能①標準純音聴力検査について	検査項目：気導、骨導 聴力測定範囲：標準時-10～110dBHL ブースト時10～130dBHL マスキング用バンドノイズ：JIS T 1201-1:2011 狭帯域雑音による (1/2.5 オクターブバンド幅)
4 検 査 機 能③語音聴力検査について	検査項目：気導 検査音源：57-S、67-S語表が内蔵されていること 聴力測定範囲：標準時-10～100dBHL ブースト時10～110dBHL 内蔵語音テーブル：57-S、67-S語表の数字リストならびに単音節リスト 内蔵語音提示間隔：標準（3秒）/4秒/5秒/任意 一時停止有効 検査結果の入力方法：正答/誤答/無回答 ブースト機能：ブースト（+20dB）可能 検査画面：語表画面、スピーチオーディオグラム画面 単音節語表の連続再生機能：検査項目はSRS検査のみ
5 付 属 品	<ul style="list-style-type: none"> ・高出力気導受話器コード ・マスキング用受話器コード ・骨導受話器 ・骨導受話器コード ・気導用ヘッドバンド ・片耳用ヘッドバンド ・骨導用ヘッドバンド ・応答用押ボタンスイッチ
6 電 源	AC100V 50/60Hz 80VA
7 大 き さ	350（幅）×395（奥行）×290（高さ）mm 程度
8 重 さ	6.2kg程度
9 参 考 品	リオン株式会社 オーディオメータ AA-M1A
10 納 入 場 所	佐賀県立ろう学校（佐賀市鍋島町大字森田321） きこえの相談室
11 納 入 期 限	令和7年3月26日（水）
12 保 証 期 間	納品後1年間
13 そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> ・スピーカーに接続することができること ・本製品の納品及び設置は、担当の指示に従い適切に行うこと ・設置費、音声校正費を含むこと ・仕様書に記載のされていない事項又は仕様について疑義が生じた場合は、その都度担当者と協議すること ・故障時には、修理対応が可能であること ・新品であること